

مناقصة رقم 27/ل/ف/2024

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومواد مخبرية/ كلية طب الاسنان

السادة يرجى موالتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها
بالكشف المرفق المكون من (3) صفحات وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع
الإداري بالطرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن
يلتزم المتعهد بما يلي:

توقيع رئيس اللجنة:

- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الثلاثاء تاريخ 2024/5/7، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 2- ارفاق رخصة مهن وشهادة تسجيل الخاصة بالمتعهد.
- 3- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word")
- 4- تقديم كفالة/ شيك مصدق كحسب تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 5- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 6- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- 7- تقرر غرامة تأخير كما يلي:
* 0.001 واحد بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.
* 0.002 اثنان بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.
* 0.003 ثلاثة بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.
* على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.
- 8- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 9- المواد المطلوبة قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 25%.
- 10- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 11- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- 12- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- 13- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات).



التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:

التاريخ:

الخلوي:

الختم:



مناقصة رقم 27/ل/ف/2024

توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ومواد مخبرية/ كلية طب الاسنان

• عدد 40 ميكروسكوب ضوئي بالمواصفات التالية:

1- light microscope brand: (Olympus or Leica or Zeiss)

Binocular head: 30° inclined rotatable 360°
LED illumination variable with cord holder
Eye lens: X10
Objective lenses: 4X, 10X, 40X and 100X (oil)
Nosepiece: Reversed, quadruple
Rackless mechanical stage
Coaxial coarse/fine focus system with limit stopper and torque adjustment
N.A. 1.25 Abbe condenser with iris diaphragm

2- General histology slides:

(شرائح الامسجة العامة)

	الكمية
1- Loose connective tissue	3
2- Dense regular connective tissue	3
3- Dense irregular connective tissue	3
4- Umbilical cord	3
5- White adipose tissue	3
6- White adipose tissue (sudan III)	3
7- Brown adipose tissue	3
8- Hyaline cartilage	3
9- Elastic cartilage	3
10- Fibrocartilage	3
11- Ground bone (not stained)	3
12- Decalcified compact bone	3
13- Cancellous bone	3
14- Epiphyseal plate	3
15- L.S skeletal muscle	3
16- T.S skeletal muscle	3
17- Cardiac muscle	3
18- Aorta	3
19- Aorta (orcien)	3
20- Medium sized artery&vein	3
21- Nerve trunk	3
22- Nerve trunk (osmic)	3
23- Spinal ganglia	3
24- Sympathetic ganglia	3
25- Spinal ganglia (silver)	3
26- Sympathetic ganglia (silver)	3
27- Lymph node	3
28- Spleen	3
29- Thymus	3

Mu'tah-Karak- JORDAN
P. O. Box: (7)
Email :tenders@mutah.edu.jo

(الكرك /Karak) Tel: 2372380-99
Fax: 2375706
Extension /3609

5:ردن
(

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



30- Palatine tonsil	3
31- Thin skin	3

العدد	الكمية	المادة
3	1	Mini centrifuge
4	1	Mini vortex
5	1	Dry water bath
6	1	Nano-drop (computerized)
7	1	Real time PCR
8	1	Gel documentation system (mini)
9	1	Lab electrophoresis machine with cell
10	1	Centrifuge
11	1	Shaker Water Bath
12	1	Vortex mixer
13	1	Lab pH meter
14	1	Balance
15	1	Timer digital
16	1	micro pipette all size
17	1	spectrophotometer

العدد	المادة	العدد
18	50ml beaker	20
19	200 ml beaker	20
20	500 ml beaker	20
21	1000 ml beaker	20
22	50ml flask	20
23	200 ml flask	20
24	500 ml flask	20
25	1000 ml flask	20
26	Funnel all size	20
27	50ml cylinder	20
28	200 ml cylinder	20
29	500 ml cylinder	20
30	1000 ml cylinder	20
31	Glass test tubes	100
32	Glass graduated pipette	100

mutah-Karak- JORDAN
O. Box: (7)
mail :tenders@mutah.edu.jo

(Karak / الكرك) Tel: 2372380-99
Fax: 2375706
Extension /3609

الكرك-الأردن
ع. ب: (7)

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

العدد	المادة	العدد
33	Stethoscope سماعة طبية	30
34	Sphygmomanometer جهاز ضغط لثقي	30
35	Spirometer سبيروميتر يدوي	2
36	Electric microscope ميكروسكوب كهربائي متعدد العدسات	10
37	Sahli adams جهاز مهيلى ادم لنسبة هيمو جلوبيين الدم	2
38	Tuning fork شوكة رلكه	10
39	Visual aculty chart لوحة قياس قوة الابصار	2
40	Medical thermometer مقياس حرارة (اللي)	5
41	Blood groups anti-sera (A-B-Rh) تحديد فصائل الدم	2
42	مطرقة طبية لاختبار المنعكسات العصبية	10

43-Centrifuge:

- 12- 24place capacity rotor
- maximum relative centrifuge force of $21,300 \times g$
- 2ml, 5ml tubes
- speed: 100-15,060

44-vortex mixers:

- fixed speed operation
- Intermittent or Impulse operation (activated by pressing the cap with the tube bottom)
- speed range: 500- 3000 rpm
- acceleration time < 1s

45-pH meter:

- Resolution (pH): 0.01, 0.1
- Range (pH): - 2 to 18
- Accuracy (mV) : ± 0.2 or $\pm 0.05\%$, Whichever is Greater

46-Balances:

- Resolution: 0,1mg (0.0001)
- Calibration: Automatic internal
- Repeatability: 0,1mg
- Response time (sec.): ≤ 4
- Capacity: 250g or higher

• بالنسبة للبند رقم (7) المطلوب Conventional pcr وليس Real time pcr

يرجى تعبئة المواد أعلاه حسب الجدول التالي:

البند	المادة	المنشأ/ الصانع	الموديل	السعر الافرادي	السعر الاجمالي	الكمية	التسليم