

تمديد موعد تقديم العروض وتعديل الوثيقة للمناقصة رقم 65/ل ف/2024

توريد وتركيب وتشغيل وتدريب جهاز مخبري/ كلية العلوم

السادة ..... يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف

المرفق، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالطرف المحتوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التلفون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:

توقيع رئيس اللجنة:



- ١- آخر موعد لتسليم العروض يوم الاحد تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- ٢- ثمن نسخة المناقصة (٢٥) دينار غير مستردة وتشتري عن طريق مكتب ارتباط الجامعة/ عمان أو وحدة اللوازم/ جامعة مؤتة ويكون اخر موعد لبيع النسخ يوم الاحد تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
- ٣- ارفاق رخصة مهن وشهادة تسجيل الخاصة بالمتعهد.
- ٤- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Excel أو Word").
- ٥- تقديم كفالة دخول للمناقصة بنسبة ٣٪ من قيمة العرض/ وشيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة 10٪ من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- ٦- تدفع الطوابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- ٧- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- ٨- تفرض غرامة تأخير كما يلي:  
٠,٠٠١ واحد بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من ١ يوم إلى ٤٥ يوم.  
٠,٠٠٢ اثنان بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من ٤٦ يوم إلى ٦٠ يوم.  
٠,٠٠٣ ثلاثة بالآلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من ٦٠ فما فوق.  
على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال ١٥٪ من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.
- ٩- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- ١٠- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة ٢٥٪.
- ١١- صلاحية العرض (٩٠) يوم على الأقل.
- ١٢- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- ١٣- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- ١٤- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم ٨ لعام ٢٠٢٢ وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع:

رقم الهاتف:

اسم المناقص:

التاريخ

الخلوي:

الختم:

مناقصة رقم ٦٥/ل/ف/٢٠٢٤


توريد وتركيب وتشغيل جهاز مخبري/ كلية العلوم

1- UV-Vis Spectrophotometer

الكمية (١)

True Double beam spectrophotometer with variable spectral bandwidth

- Light source: Combination of Halogen and Deuterium lamp
- Mode: Energy, Absorption, Transmission, Reflectance
- Detector: Two silicon photo diode detectors, Cooled by Peltier element.
- Spectrometer type: Monochromator with imaging grating and aspheric quartz coated optics, Internal holmium oxide filter
- Wavelength Range: 150 –1500 nm
- Spectral bandwidth: variable 0.2, 0.5, 1, 2, 4 nm
- Scanning speed: 12000 nm/min
- Photometric range: -3A to 3A
- Wavelength Accuracy:  $\pm 0.1\text{nm}$
- Wavelength reproducibility (with holmium oxide filter):  $\leq 0.02\text{ nm}$
- Baseline noise at 500 nm (RMS):  $\leq 0.0001\text{ A}$
- Long-term stability at 500 nm:  $\pm 0.0005\text{ A/h}$
- Photometric reproducibility:  $\leq 0.0005\text{ A}$
- Integrating sphere to measure the transmission and diffuse reflection of liquid, solid and powdered samples
  - Wavelength range: 200 - 1100 nm
  - Inside diameter: 75 mm
  - Illumination angle for reflection:  $8^\circ$
  - Sphere is applicable in 2 positions
    - Software and PC must be included Complete accessories program available (offered separated)
    - Cuvette carousel with 15 positions

  
٢٠٢٤/ل/ف/٦٥